

生ごみメタン発酵バイオガスの分析

装置：ポータブル TCD ガスクロマトグラフ INORGA

カラム：PorapakQ 80/100 1 mm ϕ \times 3m

キャリアー：プッシュ缶 He 4ml/min

注入量：200 μ l

1 : N₂

2 : CH₄

3 : CO₂

