


INORGA AGS 事前テスト H2 約10%



#	ファイル名	R. T.	面積	高さ	換算濃度	ピーク名
1	23A11H15. CHR	1. 127	1249992	172. 020	0. 0000	
2	23A11H33. CHR	1. 127	1263637	172. 027	0. 0000	
3	23A11H30. CHR	1. 127	1276564	173. 203	0. 0000	
4	23A11H26. CHR	1. 127	1271218	172. 441	0. 0000	
5	23A11H22. CHR	1. 128	1283402	173. 470	0. 0000	
6	23A11H19. CHR	1. 127	1268783	172. 938	0. 0000	
Mean		1. 1269	1268932. 63	172. 683	0. 0000	
S. D.		0. 0007	11485. 96	0. 614	0. 0000	
% RSD		0. 0604	0. 91	0. 355	0. 0000	

#	ファイル名	R. T.	面積	高さ	換算濃度	ピーク名
1	23A11H15. CHR	1. 693	54401	7. 888	0. 0000	
2	23A11H33. CHR	1. 695	54558	7. 899	0. 0000	
3	23A11H30. CHR	1. 695	56924	7. 989	0. 0000	
4	23A11H26. CHR	1. 692	59582	8. 036	0. 0000	
5	23A11H22. CHR	1. 695	55320	7. 920	0. 0000	
6	23A11H19. CHR	1. 692	55988	7. 976	0. 0000	
Mean		1. 6937	56128. 83	7. 951	0. 0000	
S. D.		0. 0015	1933. 06	0. 058	0. 0000	
% RSD		0. 0889	3. 44	0. 731	0. 0000	